



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

### **Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМАНАЛИТПРИБОР"**

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 633009, Россия, область Новосибирская, город Бердск, улица Зеленая Роща, дом 7/34, офис 23

Основной государственный регистрационный номер 1025404347693.

Телефон: 73834158053 Адрес электронной почты: info@esomer.ru

**в лице** Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний Экомер» управляющей компании Акционерного общества «Проманалитприбор» Качалова Олега Викторовича, действующего на основании договора управления № б/н от 01.08.2018 года

**заявляет, что** Оборудование измерительное: газоанализатор торговой марки «Экомер» модели ИКТС-11.

### **Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМАНАЛИТПРИБОР"**

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 633009, Россия, область Новосибирская, город Бердск, улица Зеленая Роща, дом 7/34, офис 23

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 170.00.000 «Газоанализатор ИКТС-11», ГОСТ Р 50759-95 «Анализаторы газов для контроля промышленных и транспортных выбросов. Общие технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9027101000

Серийный выпуск

### **соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

### **Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколов испытаний №№ 351-06-20/12-ЦТ, 352-06-20/12-ЦТ от 22.06.2020 года, выданных испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007)

руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования соответствия: 1д

### **Дополнительная информация**

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997)

"Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний" Раздел 4, подразделы 6.2, 6.5 и 7.2. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.06.2025 включительно.**

  
(подпись)

М.П.

Качалов Олег Викторович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HB26.B.01712/20**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 30.06.2020**